




(099) Tandartsstoel met desinfectie en afzuiging



Aansluiting van een tandartsstoel met desinfectie dosering en afzuiging.

Wij adviseren minimaal een afsluiter; filter; terugstroombeveiliging type BA en een afsluiter te plaatsen per tandartsstoel. Wijs 'T' aan voor een afbeelding.